




薬食発0107第17号

平成25年1月7日

各都道府県知事 殿

厚生労働省医薬食品局長



### 硬膜外麻酔用カテーテル承認基準の改正について

硬膜外麻酔用カテーテル承認基準については、平成20年3月25日付け薬食発第0325034号厚生労働省医薬食品局長通知「硬膜外麻酔用カテーテル承認基準の制定について」により示してきたところであるが、今般、日本工業規格であるT 3258が改正されたことに伴い、下記のとおり当該承認基準を改正したので、御了知の上、貴管下関係団体、関係業者等への周知方お願いしたい。

なお、本通知の写しを独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長、日本医療機器産業連合会会長、米国医療機器・IVD工業会会長及び欧州ビジネス協会医療機器委員会委員長あて送付することを申し添る。

### 記

#### 1. 改正の内容

硬膜外麻酔用カテーテル承認基準について、日本工業規格T 3258が改正されたことに伴い、技術基準及び基本要件適合性チェックリストの記載整備等により、別添のとおり承認基準を改正したこと。

#### 2. 承認基準の不適合品の取扱いについて

承認基準の「適用範囲」に該当する硬膜外麻酔用カテーテルであって、当該承認基準に適合しないものについては、個別に品質、有効性及び安全性が十分なものであることを示す資料が提出された場合には、当該資料に基づき審査を行うものであること。

### 3. 既承認品の取扱いについて

既に承認基準に基づき承認を受けている硬膜外麻酔用カテーテルのうち、改正後の承認基準に適合しないものについては、承認基準に適合させるための承認事項一部変更承認申請を行う必要はこと。

なお、この場合において、当該品目について今後行われる承認事項一部変更承認申請は、平成17年2月16日付け薬食発第0216002号厚生労働省医薬食品局長通知「医療機器の製造販売承認申請について」における「承認基準なし（承認基準不適合）」の取扱いとなることに留意すること。

### 4. 適用期日

平成25年1月7日とすること。ただし、既に承認申請された品目に係る承認基準については、なお従前の例によること。