

第 716K01099-001 号

試験成績証明書

2017年3月22日

依頼者 高知県海洋深層水研究所 殿

2017年3月22日 当協会に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

一般財団法人 日本冷凍食品検査協会

関西事業所

兵庫県神戸市中央区港島南町3丁目2番6号



記

供試品	高知県海洋深層水研究所 海洋深層水原水
検体に関する付帯事項	採取場所：高知県海洋深層水研究所 採水日時：平成29年3月21日 9時50分

※検体に関する付帯事項は、当協会が証明する事項ではありません。

試験成績

No	試験項目	試験結果	単位	[検出限界]	試験方法
1.	セシウム-134	<1	Bq/L	1	*1
2.	セシウム-137	<1	Bq/L	1	*1

試験方法

*1：ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法

測定年月日：2017年3月22日 測定時間：2400秒

以下余白

この試験成績の内容を転載する場合は、本会の承認を得て下さい。

(1枚中1)

試験成績証明書

2017年3月24日

依頼者 室戸海洋深層水アクア・ファーム 殿

2017年3月22日 当協会に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

一般財団法人 日本冷凍食品検査協会

関西事業所

兵庫県神戸市中央区港島南町3丁目2番6号



記

供試品	室戸海洋深層水アクア・ファーム 海洋深層水原水
検体に関する付帯事項	採水場所：高岡漁港内取水ポンプピット 採水日時：平成29年3月21日 8時27分

※検体に関する付帯事項は、当協会が証明する事項ではありません。

試験成績

No.	試験項目	試験結果	単位	【検出限界】	試験方法
1	セシウム-134	<1	Bq/L	1	*1
2	セシウム-137	<1	Bq/L	1	*1

試験方法

*1： ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法

測定年月日：2017年3月22日 測定時間：2400秒

以下余白

この試験成績の内容を転載する場合は、本会の承認を得て下さい。

(1枚中1)